OMRON

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Monitor de Presión Arterial de Muñeca Automático

Modelo HEM-6052

5328096-4A
HEM-6052-INT

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el Monitor de Presión Arterial de Muñeca Automático HEM-6052.

Este extraordinario instrumento, compacto y fácil de usar, es ideal para personas que monitorean su presión arterial con frecuencia. El pequeño y preformado brazalete de muñeca es muy cómodo y fácil de colocar.

Con tan sólo presionar un botón, el HEM-6052 mide su presión arterial y pulso y muestra la lectura en un panel digital fácil de leer. Ideal para lecturas rápidas y fáciles, en la casa, en el trabajo y mientras viaja. Además, almacena hasta 100 mediciones en la memoria.

El HEM-6052 utiliza el método oscilométrico para la medición de la presión arterial. Esto significa que el monitor detecta las vibraciones de las ondas del pulso en la arteria de su muñeca y convierte las oscilaciones en una lectura digital.

Investigaciones clínicas han comprobado una relación directa entre la presión arterial de la muñeca y la presión arterial del brazo. Los cambios en la presión arterial de la muñeca reflejan los cambios en la presión arterial del brazo ya que las arterias de la muñeca y del brazo están conectadas.

La frecuente medición de la presión arterial en su muñeca le proporcionará a usted y a su médico con un indicador preciso de los verdaderos cambios en su presión arterial.

Lea este manual de instrucciones antes de usar la unidad. Para obtener información específica acerca de su presión arterial, CONSULTE A SU MÉDICO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Consulte a su médico si está embarazada o si sufre de arritmia y de arteriosclerosis. Es posible que las personas con circulación periférica deficiente obtengan resultados distintos de las mediciones tomadas en la muñeca de las tomadas en el brazo superior. Lea esta sección antes de usar la unidad.

⚠ Advertencia:
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evitara, podría dar como resultado lesiones graves o, incluso, ser fatal.

(Uso general)
- Consulte siempre a su médico. Es peligroso que se autodiagnostique según los resultados de las mediciones y que decida usted mismo sobre su tratamiento.
- Los pacientes con problemas graves de flujo sanguíneo o trastorno sanguíneo deben consultar a un médico antes de usar la unidad. Inflar el brazalete puede causar sangrado interno.

(Uso de pila)
- En caso de que el fluido de las pilas entre en contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua limpia. Consulte inmediatamente a un médico.

⚠ Precaución:
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evitara, podría derivar en lesiones leves o moderadas al usuario o al paciente o en daños al equipo u otros bienes.

(Uso general)
- No deje la unidad sin supervisión si hay niños o personas que no pueden expresar su consentimiento.
- No utilice la unidad con ningún otro fin que no sea la medición de la presión arterial.
- No desarme la unidad ni el brazalete de muñeca.
- No infle el brazalete de muñeca más de 299 mmHg.
- No utilice un teléfono celular u otros dispositivos que emitan campos electromagnéticos cerca de la unidad. Esto podría ocasionar el mal funcionamiento de la unidad.
- No haga funcionar la unidad en un vehículo en movimiento (automóvil, avión).

(Uso de pila)
- Si el fluido de las pilas entra en contacto con la piel o la vestimenta, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia.
- Use sólo dos pilas alcalinas “AAA” (LR03) con esta unidad. No utilice otro tipo de pilas.
- No coloque las pilas con las polaridades incorrectamente alineadas.
- Cambie las pilas viejas por pilas nuevas de inmediato. Cambie ambas pilas al mismo tiempo.
- Quite las pilas si la unidad no se utilizará durante tres meses o más.
- Al cambiar las pilas, es posible que tenga que reconfigurar la fecha y la hora. Si el año parpadea en la pantalla, consulte: “2.2 Configuración de la fecha y la hora”.
- No use pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.

Precauciones generales de seguridad
- No infle el brazalete de muñeca cuando no esté sujeto alrededor de la muñeca.
- No someta la unidad a golpes fuertes ni vibraciones, ni deje caer la unidad al piso.
- No realice mediciones luego de bañarse, ingerir alcohol, fumar, hacer ejercicio o comer.
- No lave el brazalete de muñeca ni lo sumerja en agua.
- Respete las normas locales aplicables al desechar el dispositivo, los componentes y accesorios opcionales. Violar las normas establecidas para su eliminación puede provocar contaminación ambiental.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Unidad principal



A. Pantalla
B. Compartimiento de las pilas
C. Brazalete de muñeca
D. Botón (MEM) de memoria
E. botón START/STOP (Iniciar/Detener)
F. Interruptor de Identificación de usuario
G. botón SET [Configuración]
H. Botón de configuración ( ) de la fecha/hora
I. Botón de configuración (▶) de la fecha/hora

Contenido del paquete



J. Dos pilas alcalinas tipo “AAA” (LR03)
K. Estuche

- Manual de instrucciones
- Guía rápida
- Libro de registro

Pantalla



L. Símbolo de desinflado
M. Presión arterial sistólica
N. Indicador de posición
O. Presión arterial diastólica
P. Símbolo de memoria (Se muestra cuando se visualizan los valores almacenados en la memoria)
Q. Símbolo de latido irregular
R. Símbolo de error de movimiento (Se muestra si mueve su cuerpo durante la medición)
S. Símbolo de Identificación de usuario (A o B) (Si se selecciona “GUEST” [Invitado], A o B no aparecerán)
T. Símbolo de muñeca
U. Símbolo de pilas bajas
V. Pantalla de visualización del pulso
W. Símbolo de latidos (Parpadeo durante la medición)
X. Pantalla de fecha/hora
Y. Símbolo de alarma del sensor de posición
Z. Indicador de nivel de la presión arterial

2. PREPARACIÓN

2.1 Instalación/cambio de pilas

1. Quite la tapa del compartimiento de las pilas. Para ello, quítela en la dirección de la flecha.

2. Coloque dos pilas alcalinas 1.5V “AAA” (LR03) en el compartimiento de las pilas. Asegúrese que la polaridad de las pilas (+/–) esté alineada con la polaridad (+/–) indicada en el compartimiento de las pilas.

3. Configure la fecha y hora. Consulte la sección 2.2.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas en su lugar.
   NOTA: Asegúrese de que la tapa del compartimiento de las pilas esté firmemente instalada.

Duración y cambio de las pilas



Si el símbolo de pilas bajas ( ) aparece en la pantalla, cambie ambas pilas al mismo tiempo.

– Cuando el símbolo de pilas bajas ( ) comienza a parpadear, aún podrá seguir usando la unidad durante un rato. Debe cambiar las pilas por pilas nuevas con anticipación.

– Cuando el símbolo ( ) se mantiene encendido, las pilas están descargadas. Debe cambiar las pilas por pilas nuevas de inmediato.

- Apague la unidad antes de cambiar las pilas.
- Quite las pilas si la unidad no se utilizará durante tres meses o más.
- Si se quitan las pilas, deberá reconfigurar la fecha/hora. Consulte “2.2 Configuración de la fecha y la hora” para más detalles.
- Respete las normas locales vigentes al desechar las pilas.
- Dos pilas alcalinas nuevas e idénticas de 1.5V tipo “AAA” (LR03) duran aproximadamente 300 mediciones, cuando se utilizan para tomar dos mediciones por día.
- Dado que las pilas suministradas se utilizan con fines de control únicamente, es posible que tengan una duración más corta y que no duren 300 mediciones.

2.2 Configuración de la fecha y la hora

Su monitor de presión arterial automáticamente almacena hasta 200 valores de medición (100 por usuario) en la memoria. Para usar la función memoria:

- Configure el monitor con la fecha y hora correctas antes de tomar una primera medición.
- Si se han quitado las pilas por un largo periodo de tiempo, deberá reconfigurar la fecha y la hora.

1. Presione el botón de configuración ( ) de la fecha/hora. Los dígitos del año (2009) parpadearán en la pantalla.



NOTAS: • El rango para la configuración del año es del 2009 al 2030. Si el año llega al 2030, regresará al 2009.

• Para reconfigurar la fecha y hora, presione el botón hasta que la configuración que desea cambiar aparezca en la pantalla, luego presione el botón de configuración (▶) de la fecha/hora para realizar el cambio.

2. Presione el ▶ botón para avanzar los dígitos uno a la vez.



NOTA: Si mantiene el ▶ botón presionado, los dígitos avanzarán rápidamente.

3. Presione el botón para confirmar la configuración cuando el número que desea aparezca en la pantalla. La configuración del año está lista y los dígitos del mes parpadearán.



4. Repita los pasos 2 y 3 para configurar el mes y el día.



5. Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.



6. Presione el botón START/STOP (Iniciar/Detener) para apagar el monitor.

2.3 Configuración del Sensor avanzado de posición (APS)

Usted puede modificar las opciones para las diferentes configuraciones de su monitor. Esto se realiza presionando el botón SET para cambiar una configuración, luego se presiona el botón MEM para seleccionar las opciones para esa configuración. Después de seleccionar una configuración, presione el botón START/STOP (Iniciar/Detener) para confirmar la configuración y apagar la unidad.

Configuración del Indicador de posición

1. Seleccione su Identificación de usuario. Presione el botón SET.
   NOTA: La configuración predeterminada es “on1”.



2. Presione el botón MEM para seleccionar el Indicador de posición “on1”,“on2”, u “oFF”.

on1: Después de que el Indicador de posición se enciende en azul por más de 2 segundos, o en naranja por más de 5 segundos, la medición comienza automáticamente, aunque el monitor no se encuentre en la posición adecuada.

on2: Las luces del Indicador de posición se encienden en azul por más de 2 segundos, la medición comienza automáticamente. La medición no comenzará si se enciende la luz naranja.

oFF: La medición comienza sin el Indicador de posición.

Configuración de Medición en la muñeca

1. Mientras está en el modo de configuración, presione el botón SET hasta que el símbolo de muñeca (Ⓛ o Ⓡ) aparezca en la pantalla.

NOTAS: • La configuración predeterminada es “ Ⓛ ”.

• Después de que elige “oFF” para el Indicador de posición, el monitor se salta este proceso.

2. Presione el botón MEM para seleccionar la muñeca izquierda (Ⓛ) o la muñeca derecha (Ⓡ).



Configuración del alarma

1. Mientras está en el modo de configuración, presione el botón SET hasta que el símbolo de alarma ( ) aparezca en la pantalla.

NOTA: La configuración predeterminada es “on1” u “on”, dependiendo del Indicador de posición que usted configuró.

2. Presione el botón MEM para seleccionar la configuración del alarma.



Si el Indicador de posición está en "on1" u “on2”:

on1: La alarma suena solamente cuando el monitor está en la posición correcta.

on2: La alarma suena cuando una serie de dos cortos sonidos si su muñeca está muy alejada de la posición de medición, y suena cuando su muñeca está en la posición adecuada.

oFF: La alarma no suena.

Si el Indicador de posición está en “oFF”:

on: La alarma suena cuando se presiona cualquier botón.

oFF: La alarma no suena.

Reconfiguración a la Configuración predeterminada

El indicador de posición está configurado a “on1”, la configuración de medición en la muñeca es “ Ⓛ ”, y la configuración predeterminada de la alarma es “on1”.

Para regresar a la configuración predeterminada, presione y mantenga presionado el botón SET mientras está en el modo de configuración, luego presione el botón START/STOP (Iniciar/Detener) simultáneamente por más de 2 segundos.

3. USO DEL MONITOR

3.1 Colocación del brazalete de muñeca

Puede tomar una medición tanto en la muñeca izquierda como en la muñeca derecha.

NOTAS: • La presión arterial del brazo derecho puede ser distinta a la del brazo izquierdo, y por lo tanto, los valores de presión arterial medidos también pueden ser diferentes. Omron recomienda usar siempre el mismo brazo para la medición. Si los valores entre los dos brazos difieren sustancialmente, verifique con su médico qué brazo debe utilizar para su medición.

• Para asegurar que la medición sea correcta, coloque el brazalete de muñeca de modo que esté cómodamente ajustado alrededor de su muñeca.

• Súbase la manga de modo que la unidad cubra la piel desnuda.

• No lo coloque sobre la vestimenta.

Cómo leer una medición en la muñeca izquierda

1. Súbase la manga de modo que el monitor cubra la piel desnuda. No aplique sobre la vestimenta. Asegúrese que su manga no esté demasiado ajustada y que no restrinja el flujo de sangre en su brazo.



2. Coloque el brazalete sobre la muñeca izquierda con el dedo pulgar hacia arriba.





NOTA: Asegúrese de que el brazalete de muñeca no cubra la parte saliente del hueso (cúbito) en el lado externo de la misma.

3. Sostenga la parte inferior del brazalete y ajústelo alrededor de la muñeca mientras estira de modo que quede cómodo.

Si el brazalete no está bien ajustado alrededor de la muñeca, es posible que no se puedan tomar mediciones correctas.

Mediciones en la muñeca derecha

También se pueden realizar mediciones en la muñeca derecha.
Coloque el monitor en la muñeca derecha tal como se muestra.
Consulte la sección 2.3 para información sobre cómo modificar las configuraciones.



3.2 Cómo tomar una medición

NOTA: Esta sección es un ejemplo de cómo tomar una medición utilizando la configuración predeterminada (el indicador de posición está en “on1”, la medición en la muñeca es “ ”, y la alarma está en “on1”).

1. Seleccione su Identificación de usuario.
   Siempre use la misma Identificación de usuario cuando tome una medición. La unidad almacena los valores de medición en la memoria de la Identificación de usuario seleccionada.
   Deslice el Interruptor de Identificación de usuario para seleccionar el usuario A o B.



Usuario A Usuario B

NOTA: Si selecciona GUEST [Invitado], los valores de medición no son almacenados en la memoria.

2. Presione el botón START/STOP (Iniciar/Detener.)



3. Mantenga el símbolo de corazón del brazalete de muñeca en el centro del pecho.

Siéntese derecho con la espalda derecha.

No sostenga la muñeca con la otra mano.

bip bip bip

Relájese.


Doblando. Cerrando la mano.

No mueva su muñeca ni sus dedos.


Más abajo que el corazón. Más alto que el corazón. Lejos del corazón. Mantenga en el centro del pecho.

La luz naranja

La luz azul

Mientras su posición no sea la correcta, el Indicador de posición se enciende en naranja; cuando su posición es la correcta la alarma suena “bip bip bip” y el Indicador de posición se enciende en azul. Entonces el brazalete de muñeca comienza a inflarse automáticamente y comienza la medición.
El Indicador de posición se enciende en el mismo color después que se complete la medición o mientras se ven los resultados almacenados en la memoria.

NOTAS:
- Siéntese sin moverse y no hable hasta que termine la medición.
- Mantenga el monitor a nivel del corazón hasta que la medición termine.
- Para cancelar la medición, presione el botón START/STOP (Iniciar/Detener.) en cualquier momento de la medición.

4. Después que el monitor ha detectado su presión arterial y pulso, la alarma suena “bip pip pip pip”. El brazalete automáticamente se desinfla y aparece la lectura de su presión arterial y pulso.


Cambio de visualizaciones

NOTA: La hora y fecha de la medición aparecen de forma alterna.

5. Presione el botón START/STOP (Iniciar/Detener.) para apagar el monitor.
   Si se le olvida apagarlo, el monitor se apagará automáticamente después de dos minutos.



Símbolo de latido irregular ( )
Cuando el monitor detecta un ritmo irregular dos o más veces durante la medición, aparece en la pantalla el símbolo de latido irregular ( ) con los resultados de su medición.
El latido irregular se define como un ritmo que es más del 25% más lento o más del 25% más rápido que el ritmo promedio que se detecta mientras el monitor mide la presión arterial sistólica y diastólica. Si se muestra el símbolo de latido irregular ( ) con los resultados de su medición, le recomendamos que consulte a su médico y siga sus instrucciones.



Internacionalmente se reconocen los siguientes valores como límite máximo de una lectura normal de presión arterial en el hogar:

Pautas de la para la medición de la presión arterial normal máxima en el hogar	
Presión arterial sistólica	135 mmHg
Presión arterial diastólica	85 mmHg

Esta es una pauta general dado que la presión arterial depende de la edad y del estado de salud de la persona. Es posible recomendar un objetivo de presión arterial medida en el hogar más bajo para ciertos pacientes, como los pacientes diabéticos, mujeres embarazadas y pacientes con insuficiencia renal.

3.3 Uso de la función memoria

El monitor está diseñado para almacenar la presión arterial y el pulso de dos personas en la memoria (usuario A y usuario B) cada vez que se completa una medición.

El monitor automáticamente almacena hasta 100 valores de medición (presión arterial y pulso) por cada usuario (A y B).

NOTAS:
- Para asegurar que los resultados de las mediciones están registrados correctamente, asegúrese que la fecha y hora estén correctamente configurados antes de tomar una medición.
- Cuando se almacenan 100 lecturas en la memoria, la lectura más vieja será eliminada para almacenar la más reciente.
- La fecha y hora de las lecturas almacenadas aparecerán de forma alterna.

Para ver previas lecturas almacenadas en la memoria

1. Presione el botón MEM, mientras aparece la lectura promedio, para ver las lecturas almacenadas en la memoria desde la más reciente hasta la más antigua.


Cambio de visualizaciones

2. Presione el botón MEM repetidamente para revisar las lecturas.

Para borrar todos los valores en la memoria
Los valores almacenados en la memoria se borran por Identificación de usuario. Usted no puede borrar parte de los valores almacenados en la memoria. Todos los valores para el usuario que usted seleccione serán borrados.

Cuando el símbolo de memoria ( ) aparece, primero presione el botón MEM, luego, mientras lo presiona, presione simultáneamente el botón START/STOP por más de 2 a 3 segundos.



4. CONTROL DE ERRORES Y DE PROBLEMAS

Síntoma	CAUSA	CORRECCIÓN
No aparece nada en la pantalla cuando se presiona el botón START/STOP (Iniciar/Detener.)	Las pilas están descargadas.	Reemplácelas con pilas nuevas.
	Las pilas fueron colocadas incorrectamente.	Coloque las pilas con la polaridad correcta [+] [-].
No puede realizar mediciones o las lecturas son demasiado altas.	El brazalete de muñeca no se encuentra al nivel del corazón.	Tome la medición mientras se encuentra en la postura correcta. Consulte la sección 3.2.
	La configuración de medición en la muñeca no es correcta.	Asegúrese que la configuración es correcta para la muñeca en la que se está tomando la medición. Consulte la sección 3.2.
	El brazalete no está bien sujetado a la muñeca.	Coloque el brazalete correctamente. Consulte la sección 3.1.
	Sus brazos y hombros están tensos.	Relájese e intente tomar nuevamente la medición.
	Movimiento o habla durante la medición.	Quédese quieto y no hable durante la medición.
No hay presión pero aún así aparece una lectura cuando se presiona el botón START/STOP (Iniciar/Detener.)	Se encuentra en el modo memoria.	Apague la unidad una vez y vuelta a tomar la medición.
La presión arterial es diferente cada vez que la toma. La lectura es demasiado baja (o alta).	Las lecturas de la presión arterial varían constantemente con el horario de la medición y el estado nervioso. Respire profundamente para relajarse antes de una medición.	

Símbolo de error	CAUSA	CORRECCIÓN
	El brazalete está demasiado inflado.	Presione el botón START/STOP (Iniciar/Detener.) una vez para apagar el monitor. Siéntese quieto, reinicie la medición y no hable mientras ésta se realiza. Lea y repita los pasos de la sección 3.2. Asegúrese que la configuración es correcta para la muñeca en la que se está tomando la medición.
	Movimiento durante la medición.	
	La postura ha cambiado durante la medición.	
	El brazalete de muñeca no está firmemente sujetado.	Lea y repita los pasos de la sección 3.1.
	La Identificación de usuario ha cambiado durante la medición.	No cambie la Identificación de usuario durante la medición.
	Este símbolo indica la detección de pulsos irregulares o débiles, pero el resultado puede ser considerado confiable.	Retire el monitor. Espere de 2 a 3 minutos y luego tome otra medición. Repita los pasos en la sección 3.2. Si este error sigue apareciendo, consulte con su médico.
	Aparece una señal de error (Er).	Consulte a su distribuidor o punto de venta minorista de OMRON.
	La energía de la pila está baja.	Cambie las pilas por dos pilas alcalinas nuevas tipo“AAA” (LR03).

5. ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Para proteger su monitor de modo que no se dañe, siga estas instrucciones:
- No someta su monitor a temperaturas extremas, humedad o luz directa del sol.
- No lave el brazalete ni exponga el brazalete ni el monitor al agua.
- No desarme el monitor.
- No someta el monitor a golpes fuertes ni vibraciones. No deje caer el monitor.
- No limpie el monitor con líquidos volátiles. EL MONITOR SE DEBE LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE Y SECO.



Calibración y servicio
- La precisión de este monitor de presión arterial ha sido sometida a pruebas rigurosas y está diseñado para tener una larga vida útil.
  Generalmente, se recomienda que se inspeccione el monitor cada dos años para asegurar su correcto funcionamiento y precisión.
  Consulte a su distribuidor autorizado de OMRON.
- Si el brazalete de muñeca necesita ser reemplazado, contacte a un experto autorizado para que lo realice. Consulte al vendedor o distribuidor local autorizado por OMRON.
- No realice ningún tipo de reparación por sus propios medios. Si se detecta algún defecto o si tiene dudas sobre el correcto funcionamiento del dispositivo, consulte al vendedor o distribuidor local autorizado de OMRON.

6. INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Garantía Limitada

El Monitor de Presión Arterial de Muñeca Automático HEM-6052 con IntelliSense está garantizado como libre de defectos en materiales y mano de obra que se presenten dentro de los 5 años a partir de la fecha de compra, si se usa de acuerdo con las instrucciones que se suministran con el monitor. El brazalete del monitor está garantizado como libre de defectos en materiales y mano de obra que se presenten dentro de un año a partir de la fecha de compra si el monitor se usa de acuerdo con el manual de instrucciones incluido con el monitor.

La garantía a la que se hace referencia anteriormente se extiende sólo al comprador original.

A consideración nuestra, repararemos o reemplazaremos, sin costo alguno, cualquier equipo cubierto por la antedicha garantía. La reparación o el reemplazo son nuestra única responsabilidad y su único recurso bajo la garantía provista.

Si su equipo requiere servicio dentro del plazo de la garantía, comuníquese con el distribuidor autorizado de Omron en su país.

LA GARANTÍA ANTES MENCIONADA ES LA ÚNICA GARANTÍA PROVISTA POR OMRON EN RELACIÓN A ESTE PRODUCTO, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE OMRON NIEGA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA PROPÓSITOS PARTICULARES. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y OTROS TÉRMINOS IMPUESTOS POR LEY, SI EXISTIERAN, SE LIMITAN AL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA.

OMRON NO ES RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO, NI POR NINGÚN OTRO COSTO, GASTO O DAÑO ESPECIAL, FORTUITO, CONSESECUENTE O INDIRECTO.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varíen por jurisdicción. Debido a especiales requisitos locales, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones antes mencionadas no apliquen en su caso.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre:	Monitor de Presión Arterial de Muñeca Automático
Modelo:	HEM-6052
Pantalla:	Pantalla digital LCD
Medición:	Método oscilométrico
Rango de medición:	Presión: 0 a 299 mmHg/ Pulso: 40 a 180 latidos/min
Memoria:	100 mediciones con fecha y hora por usuario (A y B)
Precisión:	Presión: Entre ±3 mmHg/ Pulso: Entre ±5% de lectura
Inflado:	Inflado automático por bomba
Desinflado:	Desinflado automático rápido
Detección de presión:	Sensor de presión piezoresistivo
Fuente de alimentación:	Dos pilas tipo alcalinas "AAA" de 1.5V (LR03)
Vida útil de las pilas:	Aproximadamente 300 mediciones cuando se usan pilas alcalinas (LR03) a temperatura ambiente de 23°C
Parte aplicada:	= Tipo B
Temperatura/humedad de funcionamiento:	10°C a 40°C, 15% a 90% RH
Temperatura/ humedad/ presión de aire de almacenamiento:	-20°C a 60°C, 10% a 95% RH, 700-1060 hPa
Peso de la Unidad principal:	Aproximadamente 114 g (sin incluir las pilas)
Dimensiones exteriores:	70 mm (ancho) x 70 mm (altura) x 21mm (profundidad) (sin incluir el brazalete de muñeca)
Circunferencia de muñeca:	Aproximadamente de 13.5 a 21.5 cm
Contenido del paquete:	Unidad principal, dos pilas alcalinas “AAA” (LR03), estuche, manual de instrucciones, guía rápida, libro de registro.

NOTA: Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
La eliminación de este producto y de pilas usadas deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales para la eliminación de productos electrónicos.

Fabricado por:

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Distribuido por:

Omron Healthcare, Inc.
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015, USA
www.omronhealthcare.com

Derechos reservados © 2010 Omron Healthcare, Inc.

Hecho en China